

283	1	30199000	Мултимед-5 ООД	хартия за ЕКГ апарат МАС или еквивалентно/и, които да са съвместими с наличната апаратура.	бр.	60	4,08	100	40	60
284		30199000	хартия за ELISA reader Mindray MR-96A или еквивалентно/и, ширина 50 мм, които да са съвместими с наличната апаратура.	хартия за ELISA reader Mindray MR-96A или еквивалентно/и, ширина 50 мм, които да са съвместими с наличната апаратура.	бр.	24	0			
284	1	30199000	Мултимед-5 ООД	хартия за ELISA reader Mindray MR-96A или еквивалентно/и, ширина 50 мм, които да са съвместими с наличната апаратура.	бр.	24	2,8	100	40	60

2. Определям за изпълнители на обществената поръчка по ном.единици, участниците, класирани на първо място.

МОТИВИ към т.1 и т.2 :Класираните участници са представили офертите си в указания в обявлението срок. След извършения от комисията преглед на документите за подбор е установено, че офертите на участниците отговарят на изискванията на възложителя. При преглед на предложението за изпълнение на поръчката, не са установени отклонения от заложената техническа спецификация. Класирането е извършено въз основа на предварително обявените критерии за избор на икономически най-изгодната оферта по предварително утвърдената методика. При конкретно изчисляване на оценките по всеки един от критериите, комисията е установила равен брой точки на участниците по отношение на някои от ном.единици. Проведен е публичен жребий на основание чл.58 ал.3 от ПЗЗОП и така е определен участника, класиран на първо място.

II. ОТСТРАНЯВАМ:

1. На основание чл. 107 т.1 и т.2 от ЗОП :

А) за непредставяне на образци за доказване на качеството по артикули, както следва:

№6 Медикард ООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
45	33141126	Кожни ушиватели	бр.	2	0	0	не е предоставена мостра

№8 Чардаклиев ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
109	33141110	Стерилни превръзки за рани 10/25см	бр.	2	0	отстранява се	не са представени мостри

№12 Екомет-90 ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
3	33141310	Спринцовка 5 сс без ъгла-3 съставна	бр.	5	0	отстранява се	не са представени мостри
5	33141310	Спринцовка 20 сс без ъгла-3 съставна	бр.	5	0	отстранява се	не са представени мостри

6	33141310	Спринцовка 50 см с централен конус без игла-3 съставна	бр.	5	0	отстранява се	не са представени мостри
47	44411000	Подлоги	бр.	2	0	отстранява се	не са представени мостри
74	33141420	Хирург. р-ци нестер. за амбулат. работа	чф.	5	0	отстранява се	не са представени мостри
125	33141114	Марля пакет 1/2 м2	оп.	2	0	отстранява се	не са представени мостри
209	33140000	Апарати за кръвно налягане в комплект със стетоскоп	бр.	2	0	отстранява се	не са представени мостри

№13 Ди Ем Джи Клиник ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
273	33181520	катетри за временен съдов достъп, феморални, двулуменни, 20см; ф1 2;	бр.	2	0	отстранява се	не са представени мостри
274	33181520	катетри за временен съдов достъп, юголарни, двулуменни, 15 см; ф12;	бр.	2	0	отстранява се	не са представени мостри

№14 Агарта-ЦМ ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
211	33140000	Шпавх за аспирация дължина 180 лумена 6 мм	бр.	2	1	отстранява се	не отговаря на условията на възложителя-брой мостри

№15 Елпак Лизинг ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
237	22993000	термохартия 110мм	бр.	2	0	отстранява се	не са представени мостри

МОТИВИ: Изискването за представяне на образци е посочено в документацията за участие и е изчерпателно за всяка от ном.единици, включени в обособената позиция. В Условието за възлагане на поръчката е отразено, че при непредставяне на образци, участниците няма да бъдат допуснати до разглеждане на ценовите предложения. Документацията за участие е публично достъпна и всеки кандидат е имал възможност да се запознае с нея и съответно да изготви офертата си, съгласно изискванията на Възложителя. В този смисъл, комисията правилно е преценила, че ценовите предложения на кандидатите по отношение на посочените ном.единици не следва да бъдат оценявани, а офертите следва да бъдат отстранени, поради това че не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

Б) представените образци за доказване на качеството не отговарят на условията на Възложителя, по ном.единици, както следва:

№2 Билмед ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество во изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
245	38437000	епруветки 4мл/прозрачни/	бр.	2	2 бр. моновети	отстранява се	не отговаря на техническото задание на възложителя

№9 Аквахим АД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество во изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
140	33694000	Гранулиран парафин темп. на топене 56	1 кг	2	1,13	отстранява се	не отговаря на условията на възложителя

№12 Екомет-90 ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество во изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
108	33141112	Стерилни пластири с прорез за абокати 5,1/7,6см	бр.	2	2	отстранява се	не е изписан размер на фабричната опаковка
112	33141110	Стерилни превръзки за рани 5/7,2см	бр.	2	2	отстранява се	не е изписан размер на фабричната опаковка
114	33141110	Стерилни превръзки за рани 6/10см	бр.	2	2	отстранява се	не отговаря на изискванията на възложителя-размер 10/8см
123	33141115	Памук - 1 кг	опакован	2	КЪС	отстранява се	не отговаря на условията на възложителя-представен отрязък/къс

№14 Агарта-ЦМ ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество во изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
210	33140000	турникет/латексова лента/	бр.	2	2	0	не е латексова лента
217	33140000	Индикатори за стерилизация - 134 градуса тетрадка 1800 теста	бр.	2	2 бр. тетрадки с 225 бр. теста	отстранява се	не отговаря на техническото задание на възложителя-брой тестове

№15 Елпак Лизинг ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
210	33140000	турникет/патекова лента/	бр.	2	2	отстранява се	не отговаря на техническото задание-маркуч

МОТИВИ: Изискването за представяне на образци (количество и мярка) е посочено в документацията за участие и е изчерпателно за всеки от артикулите, включени в обособената позиция. В Условието за възлагане на поръчката е отразено, че при непредставяне на необходимото количество образци, участниците няма да бъдат допуснати до разглеждане на ценовите предложения. Документацията за участие е публично достъпна и всеки кандидат е имал възможност да се запознае с нея и съответно да изготви офертата си, съгласно изискванията на Възложителя. В този смисъл, комисията правилно е преценила, че ценовите предложения на кандидатите по отношение на посочените артикули не следва да бъдат оценявани, а офертите следва да бъдат отстранени, поради това че не отговарят на предварително обявените условия на възложителя. Причината за отстраняване е посочена за всеки от участниците по артикули в графа „Забележка” на изложената по-горе таблица.

В) получена оценка качество 0/нула/ при изпитанията в отделението - ползвател, съгласно констативен протокол - по ном.единици, както следва:

№2 Билмед ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
153	33141900	Ланцети	бр.	2	2	0	няма перфорация между отделните ланцети. Опаковката се разкъсва и се нарушава стерилността

№3 КА-М-Медикъл ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представени образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
38	33141126	Атравматични конци - резорбируем полиглактин 75 см 3/0, с обла игла 1/2-25мм	бр.	2	2	0	трудно минават през тъканите
45	33141126	Кожни ушиватели	бр.	2	2	0	клипсите се огъват

№5 Медицинска Техника Инженеринг ООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представен и образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
29	33141128	Хирургични игли чревни	бр.	2	2	0	не е заточено добре, набира кожата
30	33141128	Хирургични игли кръгли	бр.	2	2	0	не е заточено добре, набира кожата
31	33141128	Хирургични игли режещи	бр.	2	2	0	не е заточено добре, набира кожата
71	33141420	Хирург.р-ци стерилни, леко грапави	чф.	5	5	0	недобра тактилна чувствителност
72	33141420	Хирург.р-ци стерилни,финни без пудра	чф.	5	5	0	недобра тактилна чувствителност
106	33141112	Санпласт - 5см/5 м	бр.	2	2	0	не лепи добре
178	33140000	Микротомни ножчета за ротационен микротом CVT 4062 SLEE или еквиваленто/и, които да са съвместими с наличната апаратура	бр.	2	2	0	не са съвместими с наличната апаратура
190	33140000	Лезицета №11/острие за скалпел, еднокр.стерилни/	бр.	2	2	0	огъват се- мека стомана
191	33140000	Лезицета № 21;острие за скалпел, еднокр.стерилни/	бр.	2	2	0	огъват се- мека стомана
245	38437000	епруветки 4мл/прозрачни/	бр.	2	2	0	несъвместими с наличната апаратура- малки

№6 Медикард ООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представен и образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
52	33141200	Катетър тип непатон или еквивалент - урологичен	бр.	2	2	0	меки огъват се при работа

№7 Софарма Трейдинг АД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представен и образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
71	33141420	Хирург.р-ци стерилни, леко грапави	чф.	5	5	0	намалена тактилност
72	33141420	Хирург.р-ци стерилни,финни без пудра	чф.	5	5	0	намалена тактилност
102	33141300	Инфузионни системи с метална игла	бр.	2	2	0	не се съчленява добре с другите консумативи
177	33140000	жълти връхчета за пипети /пръви/	бр.	2	2	0	несъответствие между пипетите и наконечниците
190	33140000	Лезицета №11/острие за скалпел, еднокр.стерилни/	бр.	2	2	0	мека стомана огъват се при работа

191	33140000	<u>Лезиета № 21, острие за скалпел, еднокр.стерилни/</u>	бр	2	2	0	мека стомана огъват се при работа
-----	----------	--	----	---	---	---	-----------------------------------

№9 Аквахим АД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представен и образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
140	33694000	<u>Гранулиран парафин темп. на топене 56</u>	1 кг	2	1,13	отстранява се	не отговаря на условията на възложителя
178	33140000	<u>Микротомни ножчета за ротационен микротом CVT 4062 SLEE или еквиваленто/и, които да са съвместими с наличната апаратура</u>	бр.	2	2	0	не правят добър срез на биологичния материал

№12 Екомет-90 ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представен и образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
71	33141420	<u>Хирург.р-ци стерилни, леко грапави</u>	чф.	5	5	0	недобра дактилна чувствителност
72	33141420	<u>Хирург.р-ци стерилни,финни без пудра</u>	чф.	5	5	0	недобра дактилна чувствителност
102	33141300	<u>Инфузионни системи с метална игла</u>	бр.	2	2	0	твърдо чорапче, трудно се контролира капката
175	33140000	<u>Предметни стъкла с матиран край 76/26/1мм</u>	бр.	2		0	матиран са едностранно

№13 Ди Ем Джи Клиник ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представен и образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
71	33141420	<u>Хирург.р-ци стерилни, леко грапави</u>	чф.	5	5	0	с намалена дактилна чувствителност
72	33141420	<u>Хирург.р-ци стерилни,финни без пудра</u>	чф.	5	5	0	с намалена дактилна чувствителност

№14 Агарта-ЦМ ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представен и образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
71	33141420	Хирург.р-ци стерилни, леко грапави	чф.	5	5	0	намалена тактилна чувствителност
72	33141420	Хирург.р-ци стерилни,финни без пудра	чф.	5	5	0	намалена тактилна чувствителност
102	33141300	Инфузионни системи с метална цела	бр.	2	2	0	твърдо чорапче, трудно се контролира капката
106	33141112	Санпласт - 5см/5 м	бр.	2	2	0	не лепне добре
108	33141112	Стерилни пластири с прорез за абокати5,1/7,6см	бр.	2	2	0	не лепят добре
115	33141113	Бинт марлен 5см/5м	бр.	2	2	0	нищят се рехави
190	33140000	Лезвиеца №11/острие за скалпел, еднокр.стерилни/	бр.	2	2	0	мека стомана, огъва се при работа
191	33140000	Лезвиеца № 21;острие за скалпел, еднокр.стерилни/	бр.	2	2	0	мека стомана, огъва се при работа
195	33140000	Електроди ЕКГ	бр.	10	10	0	не правят добър контакт с кожата
197	33140000	Капачки за абокати	бр.	2	2	0	не съчленяват добре с медицинските изделия
210	33140000	турникет/латексова лента/	бр.	2	2	0	не е латексова лента

№15 Елпак Лизинг ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представен и образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
177	33140000	жълти връхчета за пипети /прави/	бр.	2	2	0	не пасват на пипетите, падат
278	30199000	хартия за ЕКГ апарат 903А/китайски или еквивалентно/и, които да са съвместими с наличната апаратура.	бр.	2	2	0	не пасва на наличната апаратура

№17 Марвена Диагностика ЕООД

№ ном.единица	Код по КОП	Наименование или еквивалентно	Форма на продукта	Количество изискано образци	Количество представен и образци	точки образци	становище
1	2	3	4	5	6	7	8
269	33181520	кръвени линии за възрастни за апарати Фрезениус или еквивалентно/и, които да са съвместими с наличната апаратура.	бр.	2	2	0	по-твърд материал/ПВЦ/трудно се съчленява

МОТИВИ: Изискването за представяне на образци (количество и мярка) е посочено в документацията за участие и е изчерпателно за всяка от ном.единици, включени в обособената позиция. В Условието за възлагане на поръчката е отразено, че при констатиране на недостатъци на предоставените образци, те се отразяват в протокол. Посочените по-горе образци на ном.единици, представени от описаните участници са изпитване в различни болнични отделения. Съставени са протоколи, в които са посочени причините за неодобрение или

Решение класиране ОП01011-2019-0004

неприемане на посочените продукти. Оценени са с „0” т. за качество. Причината за отстраняване е посочена за всеки от участниците по артикули в графа „Забележка” на изложената по-горе таблица.

Г) непредставяне на документи за ном.единици, извън Приложение №2, за доказване на качеството, по ном.единици, както следва:

Софарма Трейдинг АД

Не се установиха представени документи за доказване на качеството по отношение на номенклатурни единици № 74,186 и 187, които са извън Приложение №2.

-Чардаклиев ЕООД

За ном.единици №7, 183,184,185,201,205 / извън Приложение № 2/ не са представени документи за удостоверяване качеството на оферирания консуматив;

Екомет-90 ЕООД

за ном.единици с №№ 7, 48,49,50,75,159, 160, 161, 162, 164, 174,180,181,201,202, извън Приложение № 2, участникът не е представил документи за удостоверяване на качеството, каквото е изискването на възложителя. Представени са извлечения от каталози / снимки/, които не попадат в категорията изискуеми удостоверителни документи, подробно описани в документацията за участие.

За номенклатурни единици № 183,184,185,186,187,188,189, описани в техническата оферта, няма представени абсолютно никакви документи, подробно описани в документацията за участие, за доказване качеството на оферирания консуматив.

Агарта-ЦМ ЕООД - липсват документи за доказване на качеството за ном.единици с №№ 119,120 и 121.

Елпак Лизинг ЕООД

За ном.единици с №№ 25 (представен каталог), 196 не са представени документи, удостоверяващи качеството на оферирания консуматив;

Д) На основание чл.107 ал.1 т.3 от ЗОП отстранявам:

Елпак Лизинг ЕООД по отношение на номенклатурни единици с № 153, 167, 195, 201, 239.

Хелмед България ЕООД относно ном. единици с №№7, 50, 130

МОТИВИ Комисията установи дата на получаване на известието за представяне на подробна, писмена обосновка на 21.10.2019г. и представена такава на 30.10.2019г. от **Елпак Лизинг ЕООД**, т.е. след изтичане на указания от комисията срок. **Хелмед България ЕООД** не потвърди вписаната в офертата единична цена по отношение на изброените по-горе ном.единици.

Е) На основание чл.107 т.1 и 2 от ЗОП, отстранявам:

Ди Ем Джи Клиник ЕООД - в ценовото предложение за ном.единица № 162 е предложена цена, закръглени до третия знак след десетичната запетая.

Хелмед ООД – в ценовото предложение за ном.единици № 157,158,159, 162,164, 174,175,190,191, 195 и 197 са предложени цени,закръглени до третия знак след десетичната запетая.

Мотиви: в Документацията за участие (стр.14) изрично е посочено изискването на Възложителя ценовото предложение да съдържа максимум два знака след десетичната запетая. Закръглянето на сумата след втория знак от комисията би поставило останалите участници в неравностойно положение. Ценови предложения, депозирани от посочените участници за изброените по-горе номенклатурни единици, няма да бъдат оценявани и респ.няма да подлежат на класиране.

Агарта-ЦМ ЕООД:

-за ном.единица №124, поради липса на посочена цена в образец за „Предлагани ценови параметри”. Участникът е предоставил образец за доказване на качеството за ном.единица №124, а в Приложение №4 няма ценово предложение за тази ном.единица;

-за ном. единица №118, за която има посочена цена в Приложение №4, но съгласно изискванията на възложителя не е предоставена мостра/образец за доказване на качеството.

III. ПРЕКРАТЯВАМ ЧАСТИЧНО ПРОЦЕДУРАТА по посочените по долу ном.единици:

- на основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП:

Решение класиране ОП01011-2019-0004

Ном.единица	Класиране	Код по КОП	Наименование/Фирма	Търговско наименование	Форма на продукта	Количество
1	2	3	4	5	6	7
15		33141320	Игли за аспирационна биопсия на костен мозък -стерилна 14G	Игли за аспирационна биопсия на костен мозък -стерилна 14G	бр.	1
21		33141320	Игли комбинирани за трепанобиопсия и костно-мозъчна аспирационна биопсия 11G	Игли комбинирани за трепанобиопсия и костно-мозъчна аспирационна биопсия 11G	бр.	1
22		33141320	Игли комбинирани за трепанобиопсия и костно-мозъчна аспирационна биопсия 13G	Игли комбинирани за трепанобиопсия и костно-мозъчна аспирационна биопсия 13G	бр.	1
26		33141320	Игли за писалки за инсулин 4 мм	Игли за писалки за инсулин 4 мм	бр.	240
57		33141200	централен венозен катетър по селдингер, 1 лумен, 16G-20см	централен венозен катетър по селдингер, 1 лумен, 16G-20см	бр.	1
79		33157100	Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан L	Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан L	бр.	1
80		33157100	Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан M,	Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан M,	бр.	1
81		33157100	Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан S	Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан S	бр.	1
82		33171110	G-gel маски №1	G-gel маски №1	бр.	1
83		33171110	G-gel маски №1 1/2;	G-gel маски №1 1/2;	бр.	1
84		33171110	G-gel маски 2;	G-gel маски 2;	бр.	1
85		33171110	G-gel маски 2 1/2;	G-gel маски 2 1/2;	бр.	1
86		33171110	G-gel маски №3;	G-gel маски №3;	бр.	1
87		33171110	G-gel маски №3 1/2;	G-gel маски №3 1/2;	бр.	1
88		33171110	G-gel маски №4;	G-gel маски №4;	бр.	1
89		33171110	G-gel маски №4 1/2;	G-gel маски №4 1/2;	бр.	1
90		33171110	G-gel маски №5;	G-gel маски №5;	бр.	1
91		33171110	G-gel маски №5 1/2;	G-gel маски №5 1/2;	бр.	1
101		33141615	Детски колектори за урина/ бебета и малки деца/	Детски колектори за урина/ бебета и малки деца/	бр.	24
135		33172100	D-fend филтри за Datex Omeda	D-fend филтри за Datex Omeda	бр.	12
136		33172100	Avanse или еквивалент/и	Avanse или еквивалент/и	бр.	12
143		33694000	Манитол 3000/ за артроскопия/ мундшук еднократен за	Манитол 3000/ за артроскопия/ мундшук еднократен за	опаковка	1
169		33140000	гастроскопия	гастроскопия	бр.	240
182		33140000	Торбички за анус претер /универсални/	Торбички за анус претер /универсални/	бр.	1
198		33140000	Детски крем против подсичане	Детски крем против подсичане	бр.	60
200		33140000	Петри стерилни, пластмасови, малки ф бсм	Петри стерилни, пластмасови, малки ф бсм	бр.	600
213		33140000	Артроскопско фолио/стерилен калф за камера/2м	Артроскопско фолио/стерилен калф за камера/2м	бр.	1
215		33140000	Въздуховоди по Гьодел	Въздуховоди по Гьодел	бр.	1
238		38437000	кювети за коагулометър CLOT SP или еквивалентно/и, които да са съвместими с наличната апаратура.	кювети за коагулометър CLOT SP или еквивалентно/и, които да са съвместими с наличната апаратура.	бр.	1200
243		38437000	микропруветки за коагулация	микропруветки за коагулация	бр.	600

256	38437000	стъклени епруветки ф10мм; дължина 120мм;	стъклени епруветки ф10мм; дължина 120мм;	бр.	480
263	24931000	спринцовка Anaeodup за инжектор Angeomat 6000 или еквивалентно/и, които да са съвместими с наличната апаратура.	спринцовка Anaeodup за инжектор Angeomat 6000 или еквивалентно/и, които да са съвместими с наличната апаратура.	бр.	24
285	24111900	Кислород в 50л оборотни бутилки/10,6куб.м/200атмосфери	Кислород в 50л оборотни бутилки/10,6куб.м/200атмосфери	куб.м	14400
286	24111900	Кислород в 40л оборотни бутилки/6,4куб.м/150атмосфери	Кислород в 40л оборотни бутилки/6,4куб.м/150атмосфери	куб.м	600
287	24111900	Кислород в 40л оборотни бутилки/8,5куб.м/200атмосфери	Кислород в 40л оборотни бутилки/8,5куб.м/200атмосфери	куб.м	600

МОТИВИ:

По отношение на посочените по-горе ном.единици не е подадена нито една оферта за участие.
- на основание чл.110 ал.1 т.2 от ЗОП:

Ном.единица	Класиране	Код по КОП	Наименование/Фирма	Търговско наименование	Форма на продукта	Количество
1	2	3	4	5	6	7
25		33141320	Игли за ЕМГ	Игли за ЕМГ	бр.	60
47		44411000	Подлоги	Подлоги	бр.	1
188		33140000	Анатомично парче размер М	Анатомично парче размер М	бр.	120
189		33140000	Анатомично парче размер L	Анатомично парче размер L	бр.	120
210		33140000	турникет/латексова лента/	турникет/латексова лента/	бр.	120

МОТИВИ:

По отношение на посочените по-горе ном.единици всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

Кандидатите, класирани на първите места и определени за изпълнители, следва в ЕДНОМЕСЕЧЕН срок, след изтичане срока за обжалване, да сключат договор за възлагане на обществена поръчка.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред КЗК, съгласно разпоредбите на чл.197 от ЗОП.

Управител:.....
/д-р К.Маналова-Владкова/